

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Αρ.1328

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
σύμφωνα με το ν. 4468/2017

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

το

Εργαστήριο Ιολογίας

του

Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

στην Αθήνα

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να εκτελεί δοκιμές, όπως καθορίζονται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.

Το παρόν Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τις 19.01.2028, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 20.01.2023


Χρήστος Μόσχορας
Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. **1328**
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
του
Εργαστηρίου Ιολογίας
του
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μοριακές Δοκιμές		
Φυτικοί ιστοί κολοκυθιάς και αγγουριάς προερχόμενοι από μεμονωμένα φυτά και σύνθετα δείγματα έως 20 φυτών	Μοριακή ανίχνευση του ιού του καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας Νέο Δελχί (tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) με πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (real- time PCR)	Εσωτερική μέθοδος (OE.702Γ1-ΙΟΛ-1) σύμφωνα με το προτεινόμενο πρωτόκολλο του EPPO PM7/152 (1) Begomoviruses τροποποιημένο ως προς τη δυνατότητα ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων έως 20 φυτών, εφαρμόζοντας δύο Real-time PCR μεθόδους που βασίζονται στους Simon et al., 2018 (μέθοδος διαλογής) και Luigi et al., 2020 (μέθοδος ταυτοποίησης)]

Τόπος αξιολόγησης: **Στεφάνου Δέλτα 8, Κηφισιά, Αθήνα, 14561**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Κ. Μαχαίρα, Π. Μυλωνάς**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1328**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 19.01.2028.

Αθήνα, 09.09.2024

